



רשומות

קובץ התקנות

11 במאי 2022

10154

י' באייר התשפ"ב

עמוד

כללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022. 2872
הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי לשם בינוי (מס' 9), התשפ"ב-2022. 2873

כללי מדירת מים (מדי מים) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדירת מים, התשט"ו-1955, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוץ כללים אלה:

1. בתקופה שעד ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), יראו כאילו בכללי מדירת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988 –

הוראת שעה

(1) בסעיף 44(א) –

(א) בפסקה (1), אחרי "לשנתיים" נאמר: ", ואולם מד מים מהירותי וולטמן מדגם H-4000 מתוצרת חברת elster ומד-מים מהירותי-וולטמן מדגם meistream, תוצרת חברת סנסוס (מיינקה) ומד מים וולטמן מדגם wpd/wphd תוצרת חברת zenner יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות";

(ב) בפסקה (3), במקום "אחת לחמש שנים" נאמר "אחת לשש שנים";

(2) בסעיף 47, בסופו נאמר:

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), על מד מים שניתן לגביו אישור דגם יחולו הוראות אלה:

(1) המכשיר ייחשב תקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:

טור א'	טור ב'					טור ג'	טור ד'
גודל מד המים	הספיקה בליטרים לשעה					כמות המים המזערית הנדרשת לביצוע הבדיקה בליטרים	משך הזרמת המים בדקות
סימון ¹	בדיקה א'	בדיקה ב'	בדיקה ג'	בדיקה ד'	בדיקות א' עד ד'	בדיקות א' עד ד'	בדיקה ד'
$Q_3 \leq 1.5$	Q3	540	Q2	Q1	לפי הגדרות ת"י 4064		2.5
$1.5 < Q_3 \leq 4$	Q3	800	Q2	Q1			2.5
סטייה מותרת	-/+ 3%	-/+ 3%	-/+ 4%	**			

* Q1, Q2 ו-Q3 כמוגדר באישור הדגם שקיבל המד.

** חייבת להיראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך כל מהלך הבדיקה.

(2) התקבלה תוצאת בדיקה אחת בלבד לפי פסקה (1) הגדולה מהסטייה המותרת, תבוצע בדיקה זו פעמיים נוספות; אם התקבלה באחת מהן תוצאה הגדולה מהסטייה המותרת, או אם ממוצע הסטיות של הבדיקה הראשונה והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד המים לא במצב תקין;

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350.
² ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ט, עמ' 499.

(3) התקבלו שתי תוצאות בדיקות או יותר לפי פסקה (1) הגדולות מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד המים לא במצב תקין;
(4) נמצא בבדיקה לפי טור ב' ויד' כי מד המים אינו מודד, ייקבע כי מד המים אינו במצב תקין."

א' באייר התשפ"ב (2 במאי 2022)
(חמ 195-3-ת)

ג'ורא שחם
יושב ראש מועצת
הרשות הממשלתית למים וביוב

הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי לשם בינוי (מס' 9), התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(א) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016¹, לבקשת יזמים, בהסכמת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ולאחר התייעצות עם מנהל רשות המסים, אני מכריז לאמור:

1. המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:
(1) לוד "חטיבת יפתח": גוש 4541 חלקות 17, 20 עד 22, גוש 5382 חלקות 1, 3, 21;
(2) פרדס חנה כרכור "דרך למרחב": גוש 10123 חלקות 425, 426.
2. מפות המתחמים המפורטים בסעיף 1, מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשויות הפקדת מפות המקומיות הנוגעות בדבר.

י' בניסן התשפ"ב (11 באפריל 2022)
(חמ 6325-3)

אלעזר במברגר
מנהל הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 1234; התשפ"ב, עמ' 205.

